



30 de julio de 2018

### **ARSA COMUNICA**

**Tegucigalpa.** La Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA) comunica a la población hondureña: que se recibió una alerta de seguridad y calidad por parte de la empresa Reckitt Benckiser Centroamérica S.A, en la que se informa que se ha encontrado recientemente lotes específicos de condones de poliisopreno (PI) (látex sintético), con nombre comercial DUREX Real Feel, fabricados a principios de este año, los cuales no pasaron las pruebas de calidad concernientes con la durabilidad, relacionados con la vida útil.

La empresa informa que no hay ningún problema de seguridad inmediata para los consumidores, y que no ha habido acontecimientos adversos notificados en relación a estos lotes. Sin embargo, en los países donde se encuentran los mismos, la empresa ha decidido realizar el retiro del producto como medida de precaución.

**La empresa Reckitt Benckiser Centroamérica S.A confirma que dichos lotes y eventos no influyen en el condón que se encuentra registrado y comercializado en Honduras. A su vez, la empresa asegura que los lotes de los productos comercializados en los países de Centroamérica han pasado por análisis y reanálisis cumpliendo con los estándares de calidad establecidos. Cabe decir que ningún otro producto de Durex está afectado.**

La ARSA como acción preventiva, llevará a cabo actividades de inspección, para descartar la presencia del producto en el país. De encontrarse los lotes afectados, se procederá al retiro de los mismos.

Con el fin de garantizar la calidad y confiabilidad, se recomienda a la población hacer uso únicamente de condones que cuenten con su respectivo registro sanitario.

En caso de encontrar alguna anomalía al momento de hacer uso del producto, reportarla a la Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA) por medio de los correos electrónicos [denuncias@arsa.gob.hn](mailto:denuncias@arsa.gob.hn), [alertas@arsa.gob.hn](mailto:alertas@arsa.gob.hn), [dispositivosmedicos@arsa.hn](mailto:dispositivosmedicos@arsa.hn) o presentarse a las instalaciones de la Agencia para informar de cualquier evento adverso presentado.

**UNIDAD DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL ARSA**



Agencia de Regulación Sanitaria



@Arsa\_Honduras